

Kit de Prueba de Ozono

HI 38054



Descripción

El kit de prueba de HANNA para ozono determina la concentración de ozono en agua mediante checker disc. La reacción entre el ozono y el reactivo causa un tinte rosa en la muestra, que es proporcional a la concentración de ozono.

Especificaciones

Método	checker disc
Rango	0.0-2.3 mg/L (ppm)
Menor Incremento	0.1 mg/L (ppm)
Método químico	DPD
# De pruebas	100
Peso	966 g

Accesorios

No Especifica

Cómo pedir

- El kit de prueba **HI 38054** viene con 100 paquetes de reactivo de ozono, agua desionizada de 500 mL, checker disc, recipientes de vidrio